

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60

fax: 22 651 06 76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
<http://www.wios.warszawa.pl>

AT.272.7.1.2016.MG

Warszawa, dnia 20.07.2016 r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu 7/PN/2016

Dotyczy: znak sprawy 7/PN/2016 – Przetarg nieograniczony na zakup 2 sztuk mineralizatorów mikrofalowych.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”):

Pytanie 1.

Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego p. 8.5 „Odczyt wartości parametrów ciśnienia i temperatury w każdym naczyniu podczas całego procesu mineralizacji w postaci liczbowej i graficznej.”

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mineralizatora z bezkontaktowym czujnikiem ciśnienia który kontroluje wszystkie naczynia jednocześnie z wyświetlaniem najwyższej wartości ciśnienia?

Uzasadnienie: bezkontaktowe czujniki ciśnienia, które wyświetlają wartości ciśnienia dla wszystkich naczyń działają w trybie sekwencyjnym to oznacza że dane naczynie mierzą raz na jakiś czas, na przykład raz na 10 sekund, ponieważ w pozostałym czasie mierzy kolejne naczynia. Oznacza to bardzo długie przerwy kiedy dane naczynie nie jest w żaden sposób kontrolowane. Czujnik ciśnienia monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie sprawuje kontrolę non-stop.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mineralizatora z bezkontaktowym czujnikiem ciśnienia, który kontroluje wszystkie naczynia jednocześnie z wyświetlaniem najwyższej wartości ciśnienia przy jednoczesnym odczycie wartości temperatury w każdym naczyniu podczas całego procesu mineralizacji w postaci liczbowej i graficznej.

ZMIANA NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- I. W Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. 15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność, oznaczonej w następujący sposób:

„Oferta: Przetarg nieograniczony na zakup 2 sztuk mineralizatorów mikrofalowych. Znak sprawy: 7/PN/2016”.

Nie otwierać przed 25.07.2016 r. godz. 13:00.

a) nazwa i adres Wykonawcy

b) nazwa i adres Zamawiającego.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Bartycka 110A, w recepcji, w terminie do dnia 25.07.2016 r. godz. 12:30.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.”


II. W Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. 16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2016 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Bartycka 110A.”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA



Joanna Piekutowska