

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60

fax: 22 651 06 76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
http://www.wios.warszawa.pl

AT.272.8.1.2016.MG

Warszawa, dnia 26.07.2016 r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu 8/PN/2016

Dotyczy: 8/PN/2016 - Przetarg nieograniczony na zakup mobilnego laboratorium do pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza posadowionego na samochodzie typu furgon wyposażonego w analizator BTX, dwa automatyczne mierniki pyłu zawieszzonego PM10 i PM2,5.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”):

Pytanie 1.

W SIWZ dotyczącym niniejszego przetargu w zakresie zespolonego czujnika meteorologicznego Zamawiający w zakresie pomiaru wiatru wyspecyfikował wymóg pomiaru prędkości wiatru w zakresie 0-50 m/s.

Czy zamawiający dopuści dostawę czujnika meteorologicznego mierzącego prędkość wiatru w zakresie 0-30 m/s?

Kompaktowe stacje meteorologiczne posiadające zintegrowany w jednej obudowie deszczomierz korytkowy, ze względu na swoje duże rozmiary nie są kalibrowane w istniejących na terenie Europy w tunelach kalibracyjnych posiadających certyfikaty 17025. Obudowa deszczomierza przy prędkościach wiatru powyżej 30 m/s wprowadza w tunelach aerodynamicznych zbyt duże zawirowania, aby można było dokonać prawidłowej kalibracji instrumentu.

Należy domniemywać, że dotyczy to ograniczenie dotyczy wszystkich konstrukcji tego typu, choć producenci nie zawsze o tym wspominają.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje zmiany treści SIWZ.

ZMIANA NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- I. W Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** – w pkt. 3.5. Kompaktowa stacja meteorologiczna – 1 szt. **Czujnik prędkości i kierunku wiatru**, pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2)	Zakresy pomiarowe	Prędkość: co najmniej 0...30 m/s. Kierunek: 0...360°
----	-------------------	--

- II. W Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** – w pkt. 3.5. Kompaktowa stacja meteorologiczna – 1 szt., **Opadomierz**, pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie::

2)	Powierzchnia zbierania opadu	Zapewniająca wykonywanie prawidłowych pomiarów
----	------------------------------	--

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Adam Ludwikowski