

Zamawiający :
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

**na dostawę spektrometru absorpcji atomowej z kuetą grafitową
dla
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.**

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#)

Warszawa, dnia 19 .03.2009 r.

Zatwierdzam:

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

- I. ZAMAWIAJĄCY
- II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- IV. TERMINY REALIZACJI
- V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
- VI. WYMAGANIA DATYCZĄCE OFERTY I JEJ ZAWARTOŚĆ
- VII. KRYTERIA OCENY
- VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
- IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
- X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
- XI. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
- XII. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY
- XIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
- XIV. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
- XV. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
- XVI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TABELE: ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO (ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA CENOWEGO) ORAZ INFORMACJA O SPEŁNIANIU PARAMETRÓW DODATKOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ IV

FORMULARZ CENOWY

ROZDZIAŁ V

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1: Oświadczenie z art. 22 Pzp.

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110 A,
tel. 651-07-07, fax. 651-06-76.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego **spektrometru absorpcji atomowej z kuletą grafitową**;

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II oraz innymi postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

CPV: 38433000-9 - Spektrometry

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY

1. Termin realizacji dostawy: maksymalnie do **8 tygodni od daty podpisania umowy**.
Przez termin realizacji dostawy rozumie się datę dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenia szkolenia instalacyjnego.
2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy :

1. Spełniają warunki z art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem;
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełniają pozostałe wymogi SIWZ, potwierdzone wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej¹ (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej) zawierające aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku spółki cywilnej wymagana jest dodatkowo umowa spółki określająca sposób reprezentacji spółki).

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 87 poz. 605 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, za aktualny uważa się odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 - wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wypełniony i podpisany formularz oferty (Rozdział III SIWZ) **wraz z zawartymi w nim oświadczeniami o:**
 - zapoznaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązaniu do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.
 - akceptacji ogólnych warunków umowy i zobowiązaniu się – w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - związaniu niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 - oferowaniu przedmiotu zamówienia zgodnego ze szczegółowym opisem zawartym w rozdz. II;
 - zobowiązaniu do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy z podatkiem VAT w formie dopuszczalnej przez ustawę Prawo zamówień publicznych;
 - oznakowaniu oferowanego sprzętu znakiem CE;
4. Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Rozdział IV SIWZ).
5. Wypełnione i podpisane tabele: zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego oraz informacja o spełnianiu parametrów dodatkowych podlegających ocenie – których wzór zawiera rozdział II stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I JEJ ZAWARTOŚĆ

1. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze.
2. Pożądane jest, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte oraz posiadały ponumerowane strony.
3. Oferta powinna m.in. zawierać:
 - nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
 - dokumenty i oświadczenia wg punktu V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4. Wartość oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cło oraz podatek od towarów i usług (VAT).

¹ - w zależności od formy prawnej firmy przystępującej do postępowania

5. Oferta nie powinna zawierać zmian, opuszczeń lub dodatków z wyjątkiem tych, które są potrzebne do wypełnienia instrukcji Zamawiającego lub koniecznych dla poprawienia błędów popełnionych przez Wykonawcę, w tym przypadku takie poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Zamawiający nie uznaje oferty złożonej faksem.
7. Wymagany jest jeden egzemplarz oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami musi być dołączone do oferty (w oryginale) i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli. Dopuszczalna jest kopia potwierdzona notarialnie.
8. **Wykonawca może złożyć kopie wymaganych dokumentów w tym przypadku, muszą one być poświadczone na każdej zapisanej stronie, za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, o których mowa wyżej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczętką imienną).**
9. **Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym cyframi i słownie w polskich złotych.**
10. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
13. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
14. Pisząc ofertę, należy posługiwać się dokładnymi i precyzyjnymi sformułowaniami z uwagi na fakt, że Zamawiającemu nie wolno czytać „między wierszami”, czy interpretować, a musi bazować jedynie na informacjach zawartych w ofercie.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
17. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników odmiennych od opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

VII. KRYTERIA OCENY

Ocena ofert zostanie dokonana w dwóch etapach:

Etap I - sprawdzenie złożonych ofert w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymogami określonymi w SIWZ

Etap II - oferty ważne, niepodlegające odrzuceniu, będą oceniane wg następujących kryteriów:

1) cena oferty K_c – znaczenie **60%**

Cena oferty to cena brutto obliczona w następujący sposób:

Cena brutto = cena netto + należny podatek VAT

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia.

Cenę oferty należy ująć w formularzu ofertowym podając ją cyframi i słownie.

Punkty za cenę oferty (wskaźnik K_c) będą przyznawane wg wzoru:

$$K_c = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badana}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Cena najniższa - to najniższa cena oferty spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Cena badana - to cena ocenianej oferty.

Punktacja oferty, przy kryterium ceny, to iloczyn sumy punktów przyznanych przez Zamawiającego i znaczenia procentowego tego kryterium:

$$P_c = K_c \times 60\%.$$

2) Pozostałe kryteria oceny oferty – znaczenie **40 % (łącznie)**

Lp.	Parametr	Punktacja
1.	Typ monochromatora	Littrowa – 1 pkt.
		Ebert-Fastie – 0 pkt.
		Czerny Turnera – 3 pkt.
		Echelle lub inny – 0 pkt.
2.	Zakres spektralny (dolna wartość zakresu)	$\leq 185 \text{ nm}$ – 2 pkt.
		$> 185 \text{ nm}$ – 0 pkt.
3.	Długość ogniskowej	250 mm – 0 pkt.
		powyżej 250 mm – 2 pkt.
4.	Typ detektora	Fotopowielacz – 2 pkt.
		Detektor półprzewodnikowy – 0 pkt.
5.	Liczba pozycji na lampy w spektrometrze	do 4 pozycji – 0 pkt.
		od 5 do 6 pozycji – 1 pkt.
		powyżej 6 pozycji – 2 pkt.
6.	Maksymalna programowalna temperatura atomizacji	do 2800°C – 0 pkt.
		powyżej 2800°C – 2 pkt.

7.	Maksymalna liczba kroków temperaturowych w metodzie dla jednego pierwiastka	do 10 kroków – 0 pkt.
		powyżej 10 kroków – 2 pkt.
8.	Moduł oprogramowania do automatycznej optymalizacji programu temperaturowego metody analitycznej	Tak – 3 pkt.
		Nie – 0 pkt.
9.	Automatyczna optymalizacja położenia lampy względem osi optycznej	Tak – 3 pkt
		Nie – 0 pkt.
10.	System monitorujący zużycie kuwety i automatycznie dostosowujący parametry prądowe do stanu zużycia kuwety	Tak – 2 pkt
		Nie – 0 pkt
11.	Kamera do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej	Tak – 3 pkt.
		Nie – 0 pkt.
12.	Neutralizator oparów z pieca grafitowego powstających podczas oznaczania	Tak – 2 pkt
		Nie – 0 pkt
13.	Gwarancja	Poniżej 24 miesięcy – 0 pkt.
		24 miesiące i powyżej – 8 pkt.
14.	Oprogramowanie w języku polskim	Tak – 4 pkt.
		Nie – 0 pkt.

Ocena końcowa oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w kryterium cena (P_c) oraz punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach stanowiących pozostałe kryteria oceny ofert (zgodnie z ww. tabelą).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobywa łącznie największą ilość punktów.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę jest nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność, oznaczonej w następujący sposób:
 - a) „Oferta: przetarg nieograniczony, dostawa spektrometru”. „Nie otwierać przed 27.03.2009 r., godz. 10³⁰”.
 - b) nazwa i adres Wykonawcy,
 - c) nazwa i adres Zamawiającego.
2. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Bartycka 110 A, w recepcji, w terminie do dnia 27.03.2009 r do godz. 10⁰⁰.**
Liczy się **data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego**, a nie data stempla pocztowego.
Oferty złożone po tym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2009 r, o godz. 10³⁰ w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Bartycka 110A.

XI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Przed przystąpieniem do otwierania ofert Zamawiający poinformuje obecnych o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Firma (nazwa) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena oferty, termin wykonania i okres gwarancji, ogłaszane są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania. Informacje te doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp;
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie zasadami i kryteriami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XII. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed wyznaczonym terminem składania ofert.
2. Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt. IX.1 i dodatkowo opisane "Modyfikacja" lub "Wycofanie".
3. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

XIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest :
**Ewa Lorenc – Naczelnik Wydziału Administracyjno - Technicznego,
- pokój nr 3, tel.: (0 22) 651 07 07 w. 2008, w godz. 9⁰⁰ – 13⁰⁰.**
2. Wykonawca może wyłącznie na piśmie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde zapytanie, o ile wpłynie ono do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść zapisów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i jest ono dla nich wiążące. Modyfikacje oraz uzupełnienia zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, wraz z podaniem punktacji przyznanej oferentom w każdym kryterium oceny ofert;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- Dział VI (Dz.U. 2007 r Nr 223 poz. 1655 j.t. ze zm).

Wartość zamówienia jest mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

XVI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie lub faxem (nr faxu: 022 - 651 06 76)**. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faxem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
2. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów porozumiewania się.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10%** ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie ryczałtowej ceny brutto przedmiotu zamówienia). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w punktach b)-e) wymagane są dwa dokumenty , które muszą być zgodne w zakresie terminów i wartości z pkt. 6.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należyte wykonane, pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

Opis przedmiotu zamówienia / Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia: Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową.

Urządzenie kompletne i gotowe (po zainstalowaniu) do podjęcia działania bez konieczności dodatkowych zakupów.

Minimalne parametry wymagane

Wymagania techniczne spektrometru				
Lp.	Nazwa parametru	Wymagania parametru	Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia)	Oferowany parametr (wpisać dokładnie jaki)
1.	Układ optyczny	•W pełni automatyczny spektrometr absorpcji atomowej do pracy techniką kuwety grafitowej	Tak / Nie	
		•Zakres spektralny 190-900 nm	Tak / Nie nm
		•Całkowicie hermetyczny układ optyczny	Tak / Nie	
		•Monochromator o minimalnej długości ogniskowej 250 mm	Tak / Nie mm
2.	Korekcja tła	•Korekcja tła z wykorzystaniem efektu Zeemana	Tak / Nie	
3.	Lampy i optymalizacja	•Co najmniej cztery nieruchome uchwyty na lampy	Tak / Nie szt.
		•Co najmniej dwa niezależne, wbudowane w aparat zasilacze umożliwiające pracę z lampami o podwyższonej jasności	Tak / Nie szt.
		•Automatyczny wybór lampy katodowej z poziomu oprogramowania	Tak / Nie	
		•System rozpoznawania pozycji lampy w gnieździe „tzw. czytanie lamp kodowanych”	Tak / Nie	

		•Automatyczne ustawienie długości fali, szczeliny oraz natężenia prądu lampy	Tak / Nie	
4.	Piec grafitowy	•Piec grafitowy umożliwiający oznaczanie pierwiastków wysokotemperaturowych, wyposażony w system kontroli temperatury, odporny na emisję gazów i pyłów z kuwety grafitowej	Tak / Nie	
		•Ogrzewanie kuwety grafitowej zapewniające izotermiczne warunki wewnątrz kuwety podczas etapu atomizacji.	Tak / Nie	
		•Zamknięty układ chłodzenia pieca grafitowego z obiegiem wymuszonym	Tak / Nie	
5.	Przepływ gazów	•Sterowanie gazami z poziomu oprogramowania	Tak / Nie	
6.	Podajnik próbek do pieca grafitowego	•Autosampler min. 50 pozycyjny umożliwiający:	Tak / Niepozycji
		- automatyczne dodawanie modyfikatorów	Tak / Nie	
		- wykonanie krzywej wzorcowej z roztworu jednego wzorca	Tak / Nie	
		- zagęszczanie próbek	Tak / Nie	
		- automatyczne rozcieńczanie próbek	Tak / Nie	
		- min.3 pozycje na modyfikatory	Tak / Niepozycji
		- nastrożenie do podgrzanej rurki	Tak / Nie	
Sterowanie spektrometrem, wyposażenie i wymagania dodatkowe				
7.	Oprogramowanie	• Sterowanie z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym w środowisku Windows XP Professional lub równoważnym, zawierającym moduł QC do kontroli jakości.	Tak / Nie	
8.	Komputer	•Komputer sterujący spektrometrem o następujących parametrach minimalnych:		

		- procesor dwurdzeniowy	Tak / Nie	
		- dysk twardy 320 GB	Tak / NieGB
		- karta sieciowa	Tak / Nie	
		- DVD +/-RW	Tak / Nie	
		- Pamięć RAM 3 GB, DDR II	Tak / NieGB
		- karta graficzna niezintegrowana 256 MB, 256bit	Tak / NieMBbit
		- monitor płaski (nie panoramiczny) 19"LCD	Tak / Nie	
		- klawiatura, mysz (optyczna)	Tak / Nie	
		•System operacyjny umożliwiający prawidłową pracę aparatu i oprogramowania	Tak / Nie (wpisać jaki)
		•Oprogramowanie biurowe (arkusz kalkulacyjny, program tekstowy)	Tak / Nie (wpisać jakie)
		•Drukarka laserowa czarno-biała, A4, z funkcją duplex, z portem LPT i USB, wraz z pakietem startowym umożliwiającym wydruk 1000 stron.	Tak / Nie	
9.	Wyposażenie dodatkowe	•Kuwety grafitowe pirolitycznie pokrywane i/lub z platformą - łącznie min. 20 sztuk	Tak / Nieszt.
		•Kontakty grafitowe min. 2 zestawy	Tak / Niezest. (ilość zestawów)
		•Naczynka polipropylenowe do podajnika min. 1000 szt.	Tak / Nieszt.
		•Końcówki kapilarne do podajnika próbek, min. 3szt.	Tak / Nieszt
10	Lampy	•Zestaw kodowanych lamp jednopierwiastkowych : - HCL: Cu, Cd, Mn, Cr, Pb, Ni, Fe, Al, V, Sb, Ag, Tl, Co, Mo, Sn	Tak / Nie	
		- lampy o podwyższonej jasności: As, Se	Tak / Nie	

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia				
11.	Gwarancja i serwis	•Szkolenie aplikacyjne – co najmniej 2 x 7 h w terminie trzech tygodni od daty dostawy i instalacji urządzenia	Tak / Niemiesiące Podać ilość miesięcy
		•Minimum 12 miesięczna gwarancja na naprawy i części	Tak / Nie	
		•Siedziba serwisu na terenie Polski	Tak / Nie	
		•Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego	Tak / Nie	
		•Reakcja serwisu w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia	Tak / Nie	
12.	Szkolenie	•Szkolenie podstawowe z obsługi aparatu w trakcie instalacji – min. 8 h	Tak / Nie	
13.	Dokumentacja	•Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi i informacje dotyczące warunków oznaczania – wszystko w języku polskim	Tak / Nie	
14.	Sposób dostawy	•Dostawa do siedziby zamawiającego i instalacja we wskazanym miejscu	Tak / Nie	
15.	Inne wymagania	•Oznakowanie sprzętu znakiem CE	Tak / Nie	
		•Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do podjęcia działania bez konieczności dodatkowych zakupów (<i>Zamawiający informuje, że posiada instalację gazową wraz z niezbędnymi gazami</i>)	Tak / Nie	

Nie spełnienie choćby jednego z powyższych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

.....
(Podpis/y i pieczętka/ki upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy)

**Informacja o spełnianiu parametrów dodatkowych podlegających ocenie
(stanowiących dodatkowe kryteria oceny ofert)**

Parametry punktowane

Lp.	Parametr	Punktacja	Zaznaczyć „x”-em kryterium, które spełnia oferowany przedmiot	Oferowany parametr (wpisać dokładnie jaki)
1.	Typ monochromatora	Littrowa – 1 pkt.		
		Ebert-Fastie – 0 pkt.		
		Czerny Turnera – 3 pkt.		
		Echelle lub inny – 0 pkt.		
2.	Zakres spektralny (dolna wartość zakresu)	≤ 185 nm – 2 pkt.	nm
		> 185 nm – 0 pkt.		
3.	Długość ogniskowej	do 250 mm – 0 pkt.	 mm.
		powyżej 250 mm – 2 pkt.		
4.	Typ detektora	Fotopowielacz – 2 pkt.		
		Detektor półprzewodnikowy – 0 pkt.		
5.	Liczba pozycji na lampy w spektrometrze	do 4 pozycji – 0 pkt.		Ilość pozycji:poz.
		od 5 do 6 pozycji – 1 pkt.		
		powyżej 6 pozycji – 2 pkt.		
6.	Maksymalna programowalna temperatura atomizacji	do 2800°C – 0 pkt.	°C
		powyżej 2800°C – 2 pkt.		
7.	Maksymalna liczba kroków temperaturowych w metodzie dla jednego pierwiastka	do 10 kroków – 0 pkt.	kroków (wpisać ilość)
		powyżej 10 kroków – 2 pkt.		

8.	Moduł oprogramowania do automatycznej optymalizacji programu temperaturowego metody analitycznej	Tak – 3 pkt.	
		Nie – 0 pkt.	
9.	Automatyczna optymalizacja położenia lampy względem osi optycznej	Tak – 3 pkt.	
		Nie – 0 pkt.	
10.	System monitorujący zużycie kuwety i automatycznie dostosowujący parametry prądowe do stanu zużycia kuwety	Tak – 2 pkt.	
		Nie – 0 pkt.	
11.	Kamera do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej	Tak – 3 pkt.	
		Nie – 0 pkt.	
12.	Neutralizator oparów z pieca grafitowego powstających podczas oznaczania	Tak – 2 pkt.	
		Nie – 0 pkt.	
13.	Gwarancja <i>Wypełnić zgodnie z okresem wpisanym do tabeli zawierającej „warunki gwarancji, serwisu i szkolenia”</i>	Poniżej 24 miesięcy – 0 pkt.	
		24 miesiące i powyżej – 8 pkt.	
14.	Oprogramowanie do obsługi aparatu w języku polskim	Tak – 4 pkt.	
		Nie – 0 pkt.	

.....
(Podpis/y i pieczętka/ki upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy)

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: 651-06-60, 651-07-07, fax: 651-06-76

.....
(miejscowość, data)

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu :

Nr fax. :

Osoba do kontaktu:.....

.....
(pieczęćka)

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego fabrycznie nowego **spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową** (zestaw), oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w SIWZ:

za ryczałtowym wynagrodzeniem **brutto**zł

(słownie złotych:)

(w tym VAT 22%), zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

Ponadto:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.
2. Oświadczamy, że przedstawione ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny ze szczegółowym opisem zawartym w rozdziale II.
5. Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy z podatkiem VAT, w formie dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych.
6. Oświadczamy, że oferowany sprzęt posiada oznakowanie (deklarację zgodności) CE.
7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są :
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 22 ust. 1 (wg wzoru- załącznik nr 1 do SIWZ);
 - c) Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Rozdział IV SIWZ).
 - d) Wypełnione i podpisane tabele: Zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego oraz Informacja o spełnianiu parametrów dodatkowych podlegających ocenie – których wzór zawiera rozdział II stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia.

.....
(Podpis/y i pieczęćka/ki upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy)

Nazwa i adres Wykonawcy

.....
(Pieczętka firmowa)

FORMULARZ CENOWY

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:

Nazwa	Ilość	Łączna wartość zamówienia brutto
Oferowany zestaw : Spektrometr absorpcji atomowej z kuetą grafitową marka/typ/model: komputer sterujący marka/typ/model: monitor marka/typ/model: drukarka marka/typ/model:	1 zestawzł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY

Łączna wartość oferty z podatkiem VAT wynosi słownie złotych :

.....
.....

Podana kwota jest stała i uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia, w tym m. in. dostawę.

Uwaga!

Wszelkie upusty czy rabaty winny być uwzględnione w cenach jednostkowych podanych w formularzu. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny w formularzu wprowadzanie zapisu typu : „na podane ceny udzielam 5 % rabatu”. Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

....., dn.

(miejsowość)

.....
(podpis osoby/ób upoważnionego/ných do reprezentacji Wykonawcy)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (sprzedaż) **spektrometru absorpcji atomowej z kuetą grafitową**; według warunków i parametrów technicznych zawartych w SIWZ oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
2. Do przedmiotu zamówienia należy również transport, wniesienie, instalacja i uruchomienie oferowanego urządzenia, a także szkolenie teoretyczne i praktyczne pracowników laboratorium WIOŚ w Warszawie, w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia, w wymiarze: 8 godzin przy instalacji (szkolenie instalacyjne).

§ 2.

Wartość umowy

Wartość umowy podana jest za całość realizowanej dostawy określonej w przedmiocie umowy, uwzględnia wszelkie koszty, w tym dostawy, jest stała i nie podlega zmianom w okresie trwania umowy. Łączna ryczałtowa wartość umowy wynosi:

nettozł (słownie:złoty) plus podatek VAT (zgodny z obowiązującymi przepisami) w wysokości zł (słownie:..... złotych) co daje kwotę brutto : zł (słownie: złotych).

§ 3.

Termin i miejsce dostawy

Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie **8 tygodni** od daty podpisania umowy.

Przez termin realizacji dostawy rozumie się datę dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenia szkolenia instalacyjnego, co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru podpisanym obustronnie przez osoby upoważnione (ze strony Zamawiającego przez osoby określone w §4 pkt. 4), zaopatrzoną w pieczętki firmowe stron i imienne osób biorących udział w odbiorze.

Protokół powinien potwierdzać w szczególności:

- kompletność dostawy,
- dokonanie instalacji i uruchomienia,
- przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim i innej niezbędnej dokumentacji urządzeń,
- prawidłowość działania,
- datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego,
- przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego.

§ 4.

Warunki odbioru dostawy i płatności

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
2. O terminie dostawy należy powiadomić laboratorium Zamawiającego na 2 dni robocze wcześniej.

3. Odbioru przedmiotu umowy Strony dokonają na podstawie protokołu odbioru przygotowanego przez Wykonawcę. W przypadku braku w/w protokołu w chwili dostawy, Zamawiający ma prawo nie przyjąć dostawy.
4. Protokół odbioru powinien być podpisany ze strony Zamawiającego przez kierownika laboratorium oraz Zastępcę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz być zaopatrzony w pieczętki firmowe stron i imienne osób odbierających dostawę. Wraz z momentem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przekaze niezbędną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, tj. karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania w języku polskim.
5. Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie przelewem z konta Zamawiającego nr na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty zrealizowania zamówienia i doręczenia faktury Zamawiającemu. Faktura powinna zostać wystawiona na spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową wraz z wymaganym wyposażeniem - **zestaw**. Zamawiający nie będzie realizował faktur częściowych.
6. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty za nią będzie protokół odbioru, o którym mowa powyżej, dołączony przez Wykonawcę do faktury i zaakceptowany bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego. Faktura bez protokołu odbioru nie będzie realizowana.
7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu PL 0461 „Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie laboratoriów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową” dotowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

§ 5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy z podatkiem VAT, tj.....zł w formie(dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty realizacji przedmiotu umowy (co powinno zostać potwierdzone protokołem) i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonaną.
Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zabezpieczenie zostanie zwrócone (zgodnie z ustępem 1- w dwóch ratach) wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 6.

Kary i odszkodowania, odsetki

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy, stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie wykonania umowy. Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia- niezależnie od poniesionej szkody.
2. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe w winy Zamawiającego. W przypadku opóźnienia powstałego z winy Zamawiającego termin wykonania umowy ulega przesunięciu o

czas trwania przeszkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, które uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie umowy.

3. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 10 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo (oprócz kary wynikającej z ust. 1) do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od powstania ww. uprawnienia, jednak nie dłużej niż do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę dostawy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela na urządzenie miesięcznej gwarancji.
2. Termin gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw z uwzględnieniem wymiany zużytych lub uszkodzonych części urządzenia. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi (w tym również kosztów dojazdu).
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług serwisowych na dostarczone urządzenie w okresie gwarancyjnym jak i po upływie okresu gwarancji. Usługi serwisowe wykonywane w okresie pogwarancyjnym będą przedmiotem odrębnych zleceń.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych na oferowane urządzenie w okresie 10 lat od upływu gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia żądanych części, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Ustęp 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej, w razie awarii, w maksymalnym czasie 2 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku, kiedy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu urządzenia lub też całego urządzenia, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego urządzenia jest niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 7 ze względów niezależnych od niego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub też wymiany na nowe całego urządzenia, w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
9. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
10. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w godz. od poniedziałku do piątku pod numerem tel.
11. Wykonawca w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, potwierdza Zamawiającemu faksem fakt jego otrzymania.
12. W ramach gwarancji Wykonawca przeprowadzi szkolenie aplikacyjne – co najmniej 2 x 7 h w terminie trzech tygodni od daty dostawy i instalacji urządzenia.

§ 8.

Rozstrzygnięcie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Inne postanowienia

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 pzp.
3. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia z jej załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....
(pieczęć)
Numer REGON:.....
Numer NIP:.....

OŚWIADCZENIE

dotyczy: **Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru absorpcji atomowej z kuetą grafitową**

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 j.t. ze zm.) oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności¹⁾, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

..... dnia 2009 r.

¹⁾ dotyczy czynności objętych przedmiotem zamówienia.