

*Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu nowych przewoźnych lodówkowych urządzeń do automatycznego pobierania próbek ścieków i wody dla laboratoriów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.*

5.05.2008

PYTANIE 1

Czy wymagana jest możliwość eksportu zarejestrowanych w pamięci pobornika parametrów mierzonych tj. temperatury komory chłodzącej oraz przepływ i zdarzenia próbkowania, do komputera w celu ich edycji lub/i wydruku w postaci raportu?

ODPOWIEDŹ

Nie jest wymagana

5.05.2008

PYTANIE 2

Czy urządzenie do poboru prób ma mieć możliwość schładzania próbek do wymaganej temperatury przez czas przynajmniej 28 h ?

ODPOWIEDZ

Próbki muszą być schładzane przez cały czas pracy urządzenia, tj. minimum 28 h.