

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro.	
1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 651 07 07 w. 2008, faks 22 651 06 76.	
2) Nazwa nadana zamówieniu:	Zapytanie nr 33/2018 – Zakup 3 sztuk zmywarek laboratoryjnych dla WIOŚ w Warszawie
3) Opis przedmiotu zamówienia:	Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 sztuk zmywarek laboratoryjnych dostarczonych do trzech lokalizacji, wraz z ich instalacją, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym. Szczegółowe wymagania zostały określone w załączniku nr 1. ZAKUP FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE.
4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności	Dostawa urządzeń w terminie od 1 października do 5 listopada 2018 r., płatność 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5) Warunki udziału:	
5.1) Wiedza i doświadczenie:	
5.2) Referencje:	
5.3) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:	Konieczne do realizacji zamówienia
5.4) Odpowiedni potencjał techniczny:	Konieczny do realizacji zamówienia
5.5) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:	Konieczne do realizacji zamówienia
6) Miejsce i forma składania zgłoszeń:	Siedziba WIOŚ Warszawa, ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa: – osobiście w godzinach pracy Inspektoratu lub – drogą pocztową (decyduje data wpływu do WIOŚ) lub – drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@wios.warszawa.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta do zapytania nr 33/2018”).
7) Termin składania zgłoszeń:	Do dnia 11.06.2018 r.
8) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:	Mirosława Zbroś – Kierownik Laboratorium tel. 22 651 07 07 wew. 3155
<p>1. <i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.</i></p> <p>2. <i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.</i></p> <p>3. <i>Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.</i></p>	

Załączniki:

1. Formularz do zapytania ofertowego
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

II ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
/-/
Joanna Piekutowska
Dn. 01.06.2018 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
 tel.: 22 651-06-60, 22 651-07-07, faks: 22 651-06-76

.....
 (miejscowość, data)

Nazwa i adres wykonawcy

Nr telefonu:

Nr faksu:

E-mail:

.....
 (pieczętka)

Osoba do kontaktu:

FORMULARZ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 33/2018

Oferujemy dostarczenie 3 szt. zmywarek laboratoryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za **wynagrodzeniem**:**zł netto**

(słownie zł:))

plus % podatku VAT w kwocie zł

(słownie zł:),

co daje **kwotę brutto** **zł**

(słownie zł:).

Podana wyżej kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.

Cena jednej zmywarki laboratoryjnej wynosi brutto:zł

(słownie zł:).

Ponadto:

- Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne, usługi dostawy lub roboty budowlane związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:

L.p.	Przedmiot pracy, usługi lub dostawy	Odbiorca nazwa, adres	Wartość brutto w zł	Data wykonywania (dzień-miesiąc-rok)
1				
2				

- Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia:
- Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
- Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wzięcia udziału w niniejszym rozpoznaniu rynku.*

.....
 (Podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wykreślić).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 sztuk zmywarek laboratoryjnych (myjni-dezynfektorów) wraz z ich instalacją, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym.

Zmywarki należy dostarczyć po jednej do trzech lokalizacji:

- Warszawa, ul. Bartycka 110 A
- Ciechanów, ul. Strażacka 6
- Radom, ul. Pułaskiego 9 A

Szczegółowy opis zamówienia myjni-dezynfektorów:

1. Fabrycznie nowe myjnie-dezynfektory, rok produkcji 2018.
2. Wolnostojące lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowe ładowane od przodu z drzwiami uchylnymi do płaszczyzny poziomej.
3. Urządzenia oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21.
4. Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej.
5. Automatyczne uchylenie drzwi po zakończeniu procesu mycia.
6. Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego.
7. Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł) z menu w języku polskim.
8. Zabezpieczenie ustawień systemowych myjni-dezynfektorów poprzez kod PIN.
9. Funkcja zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody.
10. Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych.
11. Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem).
12. Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych.
13. Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie.
14. Możliwość mycia iniekcyjnego na dwóch poziomach.
15. Modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym.
16. Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem.
17. 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg).
18. Dozowanie środka neutralizującego przez wbudowaną pompę dozującą wraz z lancą do zastosowania typowych kanistrów na środki płynne o poj. 5 lub 10l.

19. Możliwość podłączenia przynajmniej 2 dodatkowych zewnętrznych pomp do płynnych środków myjących.
20. Wbudowany w drzwiczki dozownik środków myjących w proszku.
21. Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wyświetlanie ewentualnych błędów i komunikatów.
22. Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia.
23. Czas trwania pełnego programu mycia szybkiego poniżej 20 min.
24. Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min.
25. Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury 10 min nie dłuższy niż 53 min.
26. Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wyboru bezpośredniego.
27. Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h.
28. Złącze optyczne do celów serwisowych.
29. Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 60l/min. Grzałki poza komorą mycia.
30. Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny).
31. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego.
32. Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytyjącym odłamki szkła i mikro-filtrem.
33. Wymagane przyłącza wodne:
 - 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala);
 - 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala);
 - 1 x woda demineralizowana, podawanie grawitacyjne, wbudowana pompa do podnoszenia ciśnienia, króciec dla węża Ø13mm.
34. Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A.
35. Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,3kW .
36. Wymiary komory mycia: min. 530x490x530mm (s. x g. x w.).
37. Wymiary zewnętrzne: maks. 600x600x850mm (s. x g. x w.).
38. Kosz dolny do podłączenia 1 lub 2 modułów mycia iniekcyjnego lub nieiniekcyjnego – 1 sztuka.
39. Moduł do mycia pipet zajmujący połowę powierzchni kosza - 98 szt. pipet miarowych. Moduł do pipet obejmuje wspornik o wysokości 150 mm.
40. Moduł 2 x 4 zajmujący połowę powierzchni kosza. Zastosowanie do np. kolby Erlenmeyera, okrągłe kolby laboratoryjne, butelki, kolby i cylindry pomiarowe, 8 x dysze wtryskowe z plastikowym stoperem (6 x 220 mm).

41. Moduł 3 x 6 zajmujący połowę powierzchni kosza. Zastosowanie do np. kolby Erlenmeyera, okrągłe kolby laboratoryjne, butelki, kolby i cylindry pomiarowe, 18 x dysze wtryskowe z plastikowym stoperem (4 x 160 mm).
42. Zestaw startowy środków myjących, neutralizujących i soli umożliwiający rozruch urządzenia.
43. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, serwis musi być autoryzowany przez producenta.
44. Gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia urządzenia.

Cena jednego urządzenia musi uwzględniać wartość urządzenia wraz z dostawą, instalacją oraz instruktażem stanowiskowym.

Podana kwota w formularzu ofertowym, musi uwzględniać wartość całego przedmiotu zamówienia.

II ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

/-/

Joanna Piekutowska

Dn. 01.06.2018 r.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 33/2018
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110A). Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem warszawa@wios.warszawa.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (e-puap) lub listownie na podany wyżej adres siedziby;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.);
- Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy/zamówienia.
- Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy/zamówienia.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy/zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO¹;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 860 70 86;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.